入　札　説　明　書

1「入札に関する条件」及び「注意事項」

（1）入札番号

25 入札第 187 号

（2）購入物品名及び数量

フーリエ変換赤外分光光度計　1 式

＊規格、納入条件等は別紙仕様書のとおり

（3）「一般競争入札参加申請書」の提出について

入札参加希望者は必ず「一般競争入札参加申請書」（調達様式第 11 号）を郵送又はＦＡＸにて提出すること。（持参も可。）

※「一般競争入札参加申請書」の提出場所及び提出期限

〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室

〔提出期限〕平成 25 年 12 月 19 日　17 時 00 分

※　一般競争入札参加申請書を提出していない者及び期限後に提出した者は、入札に参加できません。

（4）「同等品承認願」の提出について

例示品ではなく、仕様書に基づき同等品にて入札書を提出される場合は「同等品承認願」（調達様式第 4 号）を郵送又は持参にて提出し、事前に審査を受けること。

提出については複数回可能とし、受付日の翌日より 3 日以内（休日を除く）に、審査結果を環境政策課よりＦＡＸにて回答します。

※「同等品承認願」の提出場所及び最終提出期限等

〔提 出 場 所〕　長崎県出納局物品管理室

〔最終提出期限〕平成 25 年 12 月 16 日　17 時 00 分

〔提 出 方 法〕　メーカー名・品名・規格・型番を明記し、代表者職氏名・代表者印を押印のうえカタログ等の仕様が確認できる書類と共に提出すること。（同等品については複数可。但し、納品は一種類とすること。）

※「同等品承認願」に添付するカタログ等の資料については、仕様書番号を付して要求をみたす箇所を明確にしてください。

また、カタログ等に記載のないものについては、メーカーの機能証明書を提出してください。

（5）物品等の納入場所及び納入期限

〔納入場所〕長崎県環境保健研究センター　2 階生活化学科　生活第 5 実験室

（長崎県大村市池田 2-1306-11）

〔納入期限〕平成 26 年 2 月 28 日

（6）入札期日及び場所

〔入札期日〕平成 25 年 12 月 20 日　10 時 00 分　開始

〔入札場所〕長崎県庁本館 2 階会議室

入札当日が悪天候（大雨、大雪、台風接近等）等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に物品管理室に確認すること。

（7）質問書の提出について

当該入札に関する質問については、「質問書（調達様式第 6 号）」を下記提出場所へ平成 25 年 12 月 16 日 17 時 00 分までにＦＡＸにて提出すること。なお、必ず着信の確認を行なうこと。

※　回答については、平成 25 年 12 月 19 日までに「質問への回答書（調達様式 7 号）」により FAX にて回答します。

① 仕様書に関する質問提出場所　環境政策課　総務企画班
ＦＡＸ０９５－８９５－２５６６　TEL095-895-2351
② 調達手続きに　関する質問提出場所　物品管理室
ＦＡＸ０９５－８９４－３４６８　TEL095-895-2881

（８）入札書の記載方法

ア　入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

イ　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 5/100 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 100/105 に相当する金額（消費税及び地方消費税を除いた金額）を入札書（調達様式第 8 号）に記載すること。

ウ　入札金額（首標数字）は訂正することができない。

エ　入札書の提出後は、書き換え、引き換え又は撤回することができない。

オ　入札者が代理人である場合は、「委任状（調達様式第 9 号）」（委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。）の提出が必要である。

（※入札者が代理人である場合は、適正な委任状の提出がなければ代理人は入札に参加することができません。）

【注意事項】

・入札書は封かんのうえ、封筒に会社名、入札物件名を記入し提出して下さい。
・入札書を提出する前に、入札金額以外の記載事項について訂正したときは、入札書に使用する印鑑を訂正個所に押印して下さい。
・誤算、違算、記載間違いがないよう、十分注意して下さい。
・入札書の宛名は長崎県知事として下さい。

（９）入札保証金及び契約保証金

ア　入札保証金

免除する。

イ　契約保証金

（ア）契約保証金等は、契約書と同時に提出すること。

（イ）契約金額（消費税及び地方消費税を含む）の 10/100 以上の金額を納付すること。ただし次の場合は契約保証金の納付が免除されるものとする。

・保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
・入札日の前日から前々年度までの間において、本県もしくは他の地方公共団体又は国との間に、契約金額が該当する規模以上の物品の売買、製造、加工、修繕及び借入れに係る契約の履行の実績が 2 件以上あり、その履行を証明するもの（2 件以上）を提出したとき。

なお、契約の規模については、契約金額が該当する次のいずれかの規模以上のものであることとする。

①2,000 万円以上
②2,000 万円未満 500 万円以上
③500 万円未満

（ウ）契約保証金の納付は国債及び地方債等の担保の提供をもってこれに代えることができる。

(10) 入札の無効

次の入札は無効とする。なお、下記のアからケにより無効となった者は再度の入札に加わることはできない。

ア　競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

イ　一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。

ウ　入札者が法令の規定に違反したとき。

エ　入札者が連合して入札したとき。

オ　入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

カ　入札者が他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をしたとき。
キ　指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。
ク　長崎県が行う各種契約からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。
ケ　同等品承認のなされなかったもので、入札をしたとき。
コ　入札者又は代理人が同一事項に対し 2 以上の入札をしたとき。
サ　入札書に入札金額又は入札者名の記名押印がないとき（入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県への届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。）など、入札者の意思表示が確認できないとき。
シ　誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
ス　入札書の首標金額が訂正されているとき。
セ　その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

（11）落札者の決定
ア　予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とするものとする。
イ　落札者となるべき同価格の入札をしたものが二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
ウ　落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
エ　落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
【注意事項】
・開札日において、第一回目の開札で落札者が決定しない場合、入札者の立ち会いのもとに、再度、再々度の入札を行う予定です。

（12）契約書の作成等
ア　落札通知を受けた日から 7 日以内に契約締結ができるよう手続きを行い、「 契約書（調達様式第 106 号)」を提出すること。
イ　この調達契約は、世界貿易機関（WTO)協定の一部として、付属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
ウ　その他入札及び契約に関する事項については、長崎県財務規則の定めるところによる。

（13）競争入札の参加資格
ア　地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第 1 項の規定に該当しない者である。
イ　長崎県が発注する物品の製造の請負、買い入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並び昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成 17 年長崎県告示第 474 号)に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る競争入札参加資格申請をこの公告の日の前日までにしており、かつ平成 25 年 12 月 1 日現在で当該資格を得ていること。
ウ　前項の資格登録時の本社又は支社（支店・営業所含む）所在地を長崎県内に登録していること。
エ　この公告の日から入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。
オ　この公告の日から入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。

2 その他

当該調達契約事務に関する担当部局
〔住　所〕〒850－8570 長崎県長崎市江戸町 2－13
〔名　称〕長崎県出納局物品管理室
〔電　話〕095－895－2881

仕様書

品名および仕様等	数量	例示品
品名 ： フーリエ変換赤外分光光度計 1. 本体 (1)測定波数範囲：　①5000～600 cm^{-1}を満たすこと。 (2)分解能：　②2 cm^{-1}以下であること。 (3)ビームスプリッタ：　③中赤外域において、1種類以上有すること。 (4)検出器：　④DTGS検出器またはDLATGS検出器を備えること。 (5)測定モード：　⑤透過測定が可能なアクセサリー（臭化カリウム錠剤法に適用可能な打錠機を含む）を有すること。 ⑥ダイヤモンドトッププレートを持つ1回反射ATR測定が可能なアクセサリーを有すること。 ⑦スペーサーを使用せずに光路長を変更できる液体透過測定専用のアクセサリーを有すること。 2. ワークステーション（PC、ソフトウエアおよびプリンタ） (6)ソフトウエア：　⑧以下の規格以上であること。 i　日本語ソフトウエアであること。 ii　測定制御および検索・解析が可能なソフトウエアを有すること。 iii　収録されているスペクトルが1万件以上のデータベースを有すること。 iv　ユーザーがデータベースを構築、管理する機能を有すること。 v　Microsoft Officeを有すること。 (7)PC：　⑨以下の規格以上であること。 i　OS：Windows7あるいはそれ以降のバージョンであること。 ii　CPU：Core　2.6GHz以上であること。 iii　RAM：2GB以上であること。 iv　HDD：250GB以上であること。 v　CD/DVD：スーパーマルチドライブ以上であること。 vi　上記を満たすノート型PCであること。 (8)プリンタ：　⑩A4サイズの印刷が可能なカラープリンタであること。	一式	本体：Agilent Technologies社製 Agilent Cary 630 FTIR （構成） 本体 アクセサリー： ○アタッチメント ・透過 ・ダイヤモンドATR ・DialPath ○打錠機 ・Specac ミニ油圧プレス（Mini-Pellet Press） ベーシックキット（GS01152） ソフトウエア： ・Agilent MicroLab PC ソフトウエア ・Resolutions Pro ソフトウエア ・Bio-Rad社製サドラー　KnowItAll IR エディションセレクトコレクション付（8636J） ・Bio-Rad社製サドラー ユーザー データベース構築オプション（850100） PC ・HP EliteBook 8470p Notebook PC （B5W69AW#ABJ） プリンタ ・HP Officejet Pro 8100 （CM752A#ABJ）

納入期限	平成26年2月28日
納入場所	長崎県環境保健研究センター　2階　生活化学科　生活第5実験室（大村市池田2-1306-11）
付帯工事の有無	有　・　(無)
納入条件	・機器の運搬、据付、調整、試運転後に詳細な取り扱い説明（アプリケーショントレーニングも含む）、日本語の取扱説明書を1部添付すること。 ・納入後、1年以上の保証期間を設定し、保証期間中に通常の使用により生じた不具合および故障が生じた場合、２４時間以内に対応すること。
提出書類	・契約締結後、各機器等の価格明細書を長崎県環境保健研究センターへ提出すること。（任意様式可）
その他	・例示品または、上記要求仕様書を満たすもの（同等品）を納入すること。